

مقررات تاسیس مطب وندانشگری

رعایت مقررات مربوط به مطب ها و درمانگاههای دندانپزشکی مصرح در بندهای ذیل به منظور حفظ سلامت جامعه و همچنین ممانعت از انتقال بیماریها الزامی است .

**ماده ۳۹ :** هر فردی که براساس مصوبات قانونی مجاز به معاینه و درمان بیماریهای دندان، لثه و فک و دهان است موظف به رعایت تمامی مواد این فصول می باشد .

**ماده ۴۰ :** رعایت تمام موارد مربوط به مقررات عمومی مطب ها در مورد مطب ها و درمانگاه های دندانپزشکی نیز الزامی است .

**ماده ۴۱ :** اتاق کار دندانپزشک باید دارای نور و تهویه مناسب بوده و حداقل فضای لازم جهت اتاق کار 12 مترمربع برای هر یونیت می باشد و محل نصب آن می بایست به نحوی باشد که پس از قرار گیری کابینت ها و سایر ملزومات به منظور جلوگیری از آلودگی محیط اطراف؛ حداقل به شعاع یک متر در اطراف یونیت فضای باز وجود داشته باشد .

**ماده ۴۲ :** در اتاق کار دندانپزشکی نصب دستشویی با رعایت شرایط بهداشتی امکان پذیر بوده و ترجیحا " شیر دستشویی از نوع آرنجی یا پدالی یا خودکار ( اتوماتیک ) باشد .

**ماده ۴۳ :** در صورتی که در مطب قالب ریزی انجام می گیرد، می بایستی برای این کار اتاق مجزا در نظر گرفته شود .

**ماده ۴۴ :** کمپرسور یونیت که دارای صدا و ارتعاش است، باید خارج از اتاق کار دندانپزشک نصب شود و رعایت اصول ایمنی در نصب و نگهداری آن رعایت گردد. به منظور بالا بردن کیفیت خدمات دندانپزشکی بهتر است کمپرسور بدون روغن باشد .

**ماده ۴۵ :** حداقل تجهیزات ضروری جهت مطب دندانپزشکی شامل: یونیت استاندارد و کمپرسور، کابینت ها، اتوکلاو، فور، دستگاه

امالگاماتور، کپسول اکسیژن، ست احیاء و داروهای دندانپزشکی اورژانس دارای تاریخ مصرف می باشد .

**ماده ۴۶ :** وجود دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال در مطب های دندانپزشکی با رعایت اصول حفاظت در برابر اشعه بلامانع است .

**تبصره:** در مواردی که در مطب اقدام به درمانهای کانال ریشه یا جراحی ریشه های نهفته و دندانهای نهفته صورت می گیرد ، وجود دستگاه رادیوگرافی الزامی است .

**ماده ۴۷:** با توجه به فقدان علائم بالینی در بسیاری از بیماریهای قابل انتقال ( نظیر هپاتیت و ایدز) رعایت کلیه اصول کنترل عفونت در مورد تمام بیماران دندانپزشکی براساس دستورالعمل صادره از اداره سلامت دهان و دندان الزامی است

**ماده ۴۸:** واکسیناسیون کلیه کارکنان شاغل در مطب شامل دندانپزشک، دستیار و افرادی که به نحوی با بیمار یا وسایل و تجهیزات دندانپزشکی ارتباط دارند بر علیه بیماری هپاتیت B الزامی است و حفظ سوابق واکسیناسیون یا مصونیت جهت ارائه به بازرسی ضروری است .

**تبصره:** پرسنل شاغل در مطب دندانپزشکی ( دستیار ، منشی و کسانی که به نحوی با لوازم و تجهیزات دندانپزشکی سرو کار دارند ) باید کارت واکسیناسیون و کارت بهداشتی داشته باشند .

**ماده ۴۹:** استفاده از روپوش مناسب و تمیز، ماسک، عینک یا شیلد ( shield ) و دستکش برای دندانپزشک و پیش بند یکبار مصرف برای بیمار درحین کار ضروری می باشد .

**تبصره:** با توجه به وجود دوره کمون در بیماریهای عفونی و دروه پنجره در ایدز و عدم امکان تشخیص قطعی در مورد این بیماران و از طرفی امکان انتقال آسان بیماریهای فوق و موارد مشابه آن در واحد های دندانپزشکی، ضرورت دارد احتیاطات همه جانبه دراین زمینه برای تمام این بیماران رعایت شود .

**ماده ۵۰:** مصرف مجدد وسایل یکبار مصرف نظیر ساکشن، دستکش، لیوان، برس، پولیش دندان، لوله پلاستیکی یکبار مصرف روی پوآر هوا ممنوع است .

**ماده ۵۱:** بعداز هر بیمار تمیز نمودن قسمت هایی از یونیت که در ارتباط با بیمار و دندانپزشک بوده، نظیر پوآر آب و هوا ، دسته چراغ، دسته صندلی و کراش وار با محلول ضد عفونی کننده مناسب ضروری است .

**ماده ۵۲:** استفاده از یک کارپول برای بیش از یک بیمار مجاز نمی باشد .

**ماده ۵۳:** فرز (Bur) برای هر بیمار باید تعویض و استریل گردد.

**ماده ۵۴:** ضمن رعایت تفکیک زباله های خطرناک و عفونی، کلیه سرسوزنها و دیگر وسایل تیز مصرف شده، باید در ظرف مقاوم در بسته ( مثل ظروف فلزی یا ظرف پلاستیکی ضخیم و مقاوم ) جمع آوری و دفع بهداشتی گردد.

**تبصره:** آمالگام اضافی باید در ظروف حاوی داروی ظهور - ثبوت جمع آوری و بصورت مناسب دفع گردد.

**ماده ۵۵:** برای هر بیمار باید از وسایل و ابزار استریل شده و یا وسایل یکبار مصرف مجاز استفاده شود.

**ماده ۵۶:** استفاده از دستگاه اتوکلاو کلاس B برای استریلیزاسیون وسایل و ابزار دندانپزشکی طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است. ( بخشنامه 29946/ک مورخ 1379/12/20)

**تبصره:** استفاده از اندیکاتورهای استریل ضروری می باشد و کنترل عملکرد صحیح دستگاههای استریل کننده توسط دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به عمل می آید.

**ماده ۵۷:** پس از اتمام کار روزانه رعایت اصول بهداشت محیط شامل: ضدعفونی نمودن کلیه سطوح و استریل کردن کلیه وسایل مصرف شده قابل استریلیزاسیون، الزامی است.

**ماده ۵۸:** کلیه قالب های تهیه شده قبل از ارسال به لابراتوار یا گچ گیری لازم است شستشو شوند و با ماده مناسب ضدعفونی و مجدداً شستشو شوند.

**تبصره:** کلیه مراکز و مطبهای ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی موظفند تنها با لابراتوارهای دارای پروانه تاسیس معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند. لازم به ذکر است وجود تصویر پروانه مذکور در مرکز و مطب الزامی است.

**ماده ۵۹:** انجام اعمال جراحی که نیازمند بیهوشی عمومی، بیهوشی نخاعی و یا مراقبتهای ویژه و ارائه خدمات بیمارستانی می باشد، در مطب دندانپزشکی ممنوع است.

**ماده ۶۰:** کلیه لوازم و تجهیزات دندانپزشکی تولید ( داخلی و وارداتی ) مورد استفاده در مطب های دندانپزشکی می بایست تاییدیه مجوز تولید داخلی و واردات از اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشد.

**ماده ۶۱:** رعایت موارد زیر در مطب های دندانپزشکی ضروری است :

الف) نصب تابلوی دندانپزشکی در اندازه و محل مناسب جهت اطلاع مراجعه کنندگان .

ب) دفع فاضلاب یونیت های دندانپزشکی به روش بهداشتی و با لوله کشی مناسب .

ج ) تشکیل پرونده و بایگانی مدارک پزشکی و سوابق بیماران .

**ماده ۶۲:** بکارگیری تکنولوژی جدید دندانپزشکی که در درمانهای فعلی و یا کلاسیک تعریف نشده است ، منوط به

گذراندن دوره آموزش خاص است که توسط مراکز علمی مورد تأیید حوزه معاونت سلامت برگزار شده باشد .